



申科生物

质量检验报告 (Certificate of Analysis)

记录编号: DNA-BRP-ZL-05

版本号: A/0

宿主细胞残留 DNA 样本前处理试剂盒 (磁珠法)

产品货号: SK030203D100

生产批号: 20191001

有效期至: 2020.10.17

试剂盒组份					
序号	组成成分	数量	规格	生产批号	保存条件
1	蛋白酶 K 缓冲液	1 瓶	10mL/瓶	19030201	室温
2	结合液	1 瓶	20mL/瓶	19100801	
3	洗涤液 A	1 瓶	30mL/瓶	19100801	
4	洗脱液	1 瓶	10mL/瓶	19022501	
5	稀释液	1 瓶	10mL/瓶	19082901	
6	磁珠	1 管	1mL/管	19100801	2-8℃
7	蛋白酶 K	2 管	500μL/管	19031401	-18℃以下
8	糖原	2 管	500μL/管	18122401	
9	酵母 tRNA	1 管	50μL/管	18101801	

本批产品经过以下性能分析 (用 CHO 残留 DNA 检测试剂盒, 批号: 20190901)

检测项目	描述	结果
回收率	检测 6 种不同基质的企业内部参考品 (DNA 含量为 30ng-3pg/剂), 回收率均在 70%-130%之间。	合格
阳性质控品	检测企业内部阳性质控品 (PCS), 结果浓度偏差不超过 20%。	合格
阴性质控品	检测企业内部阴性质控品 (NCS), 结果为未检出。	合格

仅供科研使用!

2019年10月12日
湖州申科生物技术有限公司
质检专用章

本报告下载网址为: www.shenkebio.com

如有其它咨询事宜请邮件联系: info@shenkebio.com

地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号南太湖科创中心 5 号楼 5 楼 313000