



质量检验报告

(Certificate of Analysis)

记录编号: 汉逊酵母-BRP-ZL-03
版本号: A/1

汉逊酵母残留 DNA 检测试剂盒

(PCR-荧光探针法)

产品货号: **SK030222HA100**
生产批号: **20191101**
有效期至: **2021.05.08**

试剂盒组份

序号	组成成分	数量	规格	生产批号
1	汉逊酵母 DNA 定量参考品	1 管	50 μ L/管, 30ng/ μ L	19102901
2	汉逊酵母 Primer&Probe MIX	1 管	300 μ L/管	19050901
3	汉逊酵母 qPCR Reaction Buffer	2 管	850 μ L/管	19051001
4	DNA 稀释液	3 管	1.5mL/管	19091801

检测项目	描述	结果
线性	试剂盒线性范围内, 判定系数 $R^2 \geq 0.990$, E 为 90~110%。	合格
重复性	检测 30fg/ μ l 的汉逊酵母 DNA 参考品, 浓度 CV $\leq 15\%$ 。	合格
空白限	检测无模板对照品 (NTC), 结果为未检出。	合格
汉逊酵母 DNA 定量参考品	汉逊酵母 DNA 定量参考品浓度范围为 30.0-31.5ng/ μ l。	31.2

仅供科研使用!

2019年 11月 12日
湖州申科生物技术有限公司

本报告下载网址为: www.shenkebio.com
如有其它咨询事宜请邮件联系: info@shenkebio.com
地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号南太湖科创中心 5 号楼 5 楼 313000