



质量检验报告 (Certificate of Analysis)

记录编号: SV40LTA&E1A-BRP-ZL-03

版本号: A/0

SV40LTA&E1A 残留 DNA 检测试剂盒 (多重 PCR-荧光探针法)

产品货号: SK030213SV100

生产批号: 20190601R

有效期至: 2020.12.13

试剂盒组份				
序号	组成成分	数量	规格	生产批号
1	SV40LTA&E1A DNA 定量参考品	1 管	50 μ L/管, 1.2ng/ μ L	18121401
2	SV40LTA&E1A Primer&Probe MIX	1 管	300 μ l/管	19062101
3	IPC MIX	1 管	150 μ l/管	19041801
4	qPCR Reaction Buffer	2 管	850 μ l/管	19040301
5	DNA 稀释液	3 管	1.5ml/管	19042901

检测项目	描述		结果
线性	SV40LTA	试剂盒线性范围内, 判定系数 $R^2 > 0.990$, E 为 90~110%。	合格
	E1A		合格
重复性	SV40LTA	检测 10 孔同一份 SV40LTA&E1A DNA 参考品 低浓度, 浓度 $CV \leq 15\%$ 。	合格
	E1A		合格
SV40LTA&E1A DNA 定量参考品	SV40LTA&E1A DNA 定量参考品浓度范围为 1.1-1.3ng/ μ l。		1.2

仅供科研使用!

2019年06月28日
湖州申科生物技术有限公司
质检专用章

本报告下载网址为: www.shenkebio.com

如有其它咨询事宜请邮件联系: info@shenkebio.com

地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号南太湖科创中心 5 号楼 5 楼 313000