



质量检验报告 (Certificate of Analysis)

记录编号: CAR-BRP-ZL-03

CAR 基因拷贝数检测试剂盒 (多重 PCR-荧光探针法)

产品货号: SK030221CA100

生产批号: 20190401

有效期至: 2021.01.16

试剂盒组份				
序号	组成成分	数量	规格	生产批号
1	CAR DNA 定量参考品	1 管	50 μ l/管, 1.2ng/ μ l	19041801
2	CAR Primer&Probe MIX	1 管	300 μ l/管	19041801
3	IPC MIX	1 管	150 μ l/管	19041801
4	qPCR Reaction Buffer	2 管	850 μ l/管	19040301
5	DNA 稀释液	3 管	1.5ml/管	19011701

检测项目	描述		结果
线性	CAR	试剂盒线性范围内, 判定系数 $R^2 > 0.990$, E 为 90~110%。	合格
	SCG		合格
重复性	CAR	检测 10 孔同一份 CAR DNA 参考品最低浓度点 (ST5), 浓度 $CV \leq 15\%$ 。	合格
	SCG		合格
CAR DNA 定量参考品	CAR DNA 定量参考品浓度范围为 1.1-1.3ng/ μ l。		1.2

仅供科研使用!



本报告下载网址为: www.shenkebio.com

如有其它咨询事宜请邮件联系: info@shenkebio.com

地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号南太湖科创中心 5 号楼 5 楼 313000