



湖州申科

质量检验报告 (Certificate of Analysis)

记录编号: Human-BRP-ZL-06

版本号: A/1

Human 残留 DNA 片段分析检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)

产品货号: SK030306S-H

生产批号: 20191001

有效期至: 2020.12.09

试剂盒组份				
序号	组成成分	数量	规格	生产批号
1	Human Primer&Probe MIX-122	1 管	300 μ l/管	19101101
2	Human Primer&Probe MIX-244	1 管	300 μ l/管	19101101
3	Human Primer&Probe MIX-562	1 管	300 μ l/管	19101101
4	IPC MIX	1 管	400 μ l/管	18121001
5	DNA 稀释液	3 管	1.5ml/管	19091801
6	Human DNA 定量参考品	1 管	50 μ l/管, 30ng/ μ l	19072301
7	qPCR Reaction Buffer	6 管	850 μ l/管	19070101

检测项目	描述		结果
线性	试剂盒线性范围内, 判定系数 $R^2 > 0.990$, 斜率为-3.1~-3.8。		合格
重复性	Human Primer&Probe MIX-122	检测 10 孔同一份 3pg/ μ l 的 Human DNA 参考品 (ST3), 浓度 CV \leq 15%。	合格
	Human Primer&Probe MIX-244		合格
	Human Primer&Probe MIX-562		合格
Human DNA 定量参考品	Human DNA 定量参考品浓度范围为 30.0-31.5ng/ μ l。		30.99

仅供科研使用!



本报告下载网址为: www.shenkebio.com

如有其它咨询事宜请邮件联系: info@shenkebio.com

地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号南太湖科创中心 5 号楼 5 楼 313000