



申科生物

质量检验报告 (Certificate of Analysis)

记录编号: MDCK-BRP-ZL-03

版本号: A/0

MDCK 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)

产品货号: SK030209M100

生产批号: 20190701

有效期至: 2021.04.28

试剂盒组份

序号	组成成分	数量	规格	生产批号
1	MDCK DNA 定量参考品	1 管	50 μ l/管, 30ng/ μ l	19072401
2	MDCK Primer&Probe MIX	1 管	300 μ l/管	19072201
4	qPCR Reaction Buffer	2 管	850 μ l/管	19070101
5	DNA 稀释液	3 管	1.5ml/管	19042901

检测项目	描述	结果
线性	试剂盒线性范围内,判定系数 $R^2 \geq 0.990$, E 为 90~110%。	合格
重复性	检测 3fg/ μ l 的 MDCK DNA 参考品, 浓度 CV $\leq 15\%$ 。	合格
空白限 (NTC)	检测无模板对照品 (NTC), 结果为未检出。	合格
MDCK DNA 定量参考品	MDCK DNA 定量参考品浓度范围为 30.0-31.5ng/ μ l。	30.37

仅供科研使用!

2019年07月30日
湖州申科生物技术有限公司

本报告下载网址为: www.shenkebio.com

如有其它咨询事宜请邮件联系: info@shenkebio.com

地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号南太湖科创中心 5 号楼 5 楼 313000