



湖州申科

# 质量检验报告 (Certificate of Analysis)

记录编号: Sf9&AcNPV-BRP-ZL-03

版本号: A/0

## Sf9&AcNPV 残留 DNA 检测试剂盒 (多重 PCR-荧光探针法)

产品货号: 1101101

生产批号: 20191101

有效期至: 2021.12.31

试剂盒组份				
序号	组成成分	数量	规格	生产批号
1	Sf9&AcNPV DNA 定量参考品	1 管	50μl/管	19111201
2	Sf9&AcNPV Primer&Probe MIX	1 管	300μl/管	19111301
3	IPC MIX	1 管	150μl/管	19102401
4	qPCR Reaction Buffer	2 管	850μl/管	19070101
5	DNA 稀释液	3 管	1.5ml/管	19091801

检测项目	描述		结果
线性	Sf9	试剂盒线性范围内, 判定系数 $R^2 > 0.990$ , E 为 90~110%。	合格
	AcNPV		合格
重复性	Sf9	检测 10 孔同一份 DNA 参考品最低浓度点 (ST6), 浓度 $CV \leq 20\%$ 。	合格
	AcNPV		合格
Sf9&AcNPV DNA 定量参考品	Sf9&AcNPV DNA 定量参考品浓度范围为 28.8-35.2ng/μl。		31.9

仅供科研使用!

2019年11月19日  
湖州申科生物技术有限公司  
质检专用章

本报告下载网址为: [www.shenkebio.com](http://www.shenkebio.com)  
如有其它咨询事宜请邮件联系: [info@shenkebio.com](mailto:info@shenkebio.com)  
地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号南太湖科创中心 5 号楼 5 楼 313000