



质量检验报告 (Certificate of Analysis)

记录编号: Vero-BRP-ZL-03

版本号: A/1

Vero 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)

产品货号: SK030204V100

生产批号: 20190401R

有效期至: 2021.02.12

试剂盒组份				
序号	组成成分	数量	规格	生产批号
1	Vero DNA 定量参考品	1 管	50 μ l/管, 30ng/ μ l	19042301
2	Vero Primer&Probe MIX	1 管	300 μ l/管	19021301
3	qPCR Reaction Buffer	2 管	850 μ l/管	19040301
4	DNA 稀释液	3 管	1.5ml/管	19032701

检测项目	描述	结果
线性	试剂盒线性范围内, 判定系数 $R^2 \geq 0.990$, E 为 90~110%。	合格
重复性	检测 3fg/ μ l 的 Vero DNA 参考品, 浓度 CV $\leq 15\%$ 。	合格
空白限	检测无模板对照品 (NTC), 结果为未检出。	合格
Vero DNA 定量参考品	Vero DNA 定量参考品浓度范围为 30.0-31.5ng/ μ l。	31.07

仅供科研使用!

2019年10月09日
湖州申科生物技术有限公司



本报告下载网址为: www.shenkebio.com
如有其它咨询事宜请邮件联系: info@shenkebio.com
地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号南太湖科创中心 5 号楼 5 楼 313000